

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»
Клинико – диагностическая лаборатория.

В КДЛ была проведена апробация вакуумных пробирок «Univas», габаритные размеры 13*100мм, с наполнителем «кремнезем с разделительным гелем». Производитель: ООО «Эйлитон» по заказу ЗАО «А/О Юнимед».

Срок годности до 12.2017.

В предложенной упаковке пробирки с желтой крышкой, гель на дне пробирки. На этикетке идентификационный номер, повторен дважды.

При заборе крови резиновая пробка легко прокалывается.

Негативных моментов при работе с сывороткой не отмечено.

Замечание: на некоторых пробирках желтые язычки для отрыва номера были приклеены к пробирке.

Зав КДЛ Лыцова Н.В.



10.03.2016г.

